



Overnight Pulse Oximetry Instructions

Estimado paciente,

Esta oximetría prueba ha sido pedir por su médico a monitor & Registro su sangre oxígeno saturación niveles de (SpO2) & corazón tasa (H). Esta prueba se utiliza para determinar la necesidad de oxigenoterapia domiciliaria o preselección para apnea del sueño. Favor de utilizar la unidad durante al menos cuatro 4 horas esta noche. Si tienes dudas prueba, llame a DMT como apoyo al paciente en la llamada 24/7 para ayudar con su de prueba.

Gracias

Pruebas médicas de diagnóstico
Gerencia y equipo de apoyo



Oximetry Test Courier

HME Proveedor: _____

Telefono: _____

1 Start – Read Below el oxígeno en la corriente

ajustes o el ___ LPM.

2 Probe Connection

Asegurar la sonda a la parte superior de la como se muestra a continuación.



3 Probe Placement

Alambre debe ser en lo alto de su dedo. Un pedazo de cinta adhesiva o curitaTM puede utilizarse para asegurar la punta de prueba.



4 Turn Device On

Presione y suelte el botón de encendido para que la pantalla se ilumina.

Botón de encendido



5 Time to Sleep

Después de 15-20 segundos, el dispositivo puede entrar en modo de espera y mostrar un espacio en blanco pantalla.



6 End – Turn Device Off

Oprima y mantenga el botón de "Encendido", consulte el paso 4, hasta que la pantalla se ilumina, si la pantalla está apagada. Inmediatamente Presione y sostenga el botón "Power" otra vez hasta que el aparato dice "Tiempo Total de almacenamiento de información" y la liberación. Anote las horas y minutos a continuación; primer conjunto de números son el h. y el segundo conjunto de números de los minutos.

Patient Support Line: (877) 202-1191

? Battery Indicator Low?

Completar la prueba y notificar al Mensajero del este. Este dispositivo no tiene baterías pero tiene una batería interna capaz de recarga que necesita ser cargada con un cargador específico en nuestra oficina.

? Pulse Bar/HR Blank?

Trate de colocar la sonda como se hayan caído los dedos o el dispositivo. Notificar a nuestra oficina en la mañana de este tema. Nota: este es sólo para los primeros segundos, la pantalla estará en blanco después de 15-20 segundos una vez encendidos.

? Blank Display?

El dispositivo entrará en modo de suspensión después de 15-20 segundos y la pantalla estará en blanco. No se alarme, esto es normal. Como largo la sonda de dedo permanece roja del interior, el dispositivo está encendido.